



**KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG
KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG**

1026 Budapest, Riadó u. 5.

Tel.: 06-1/882-8594

Elektronikus kapcsolattartás: kozbeszerzes.hu

Az ügy iktatószáma: D.154/26/2022.

A tanács tagjai: Uherné dr. Laczi Orsolya közbeszerzési biztos, az eljáró tanács elnöke, Bonifert Zsolt közbeszerzési biztos, Dr. Szvetnik Ágnes közbeszerzési biztos

A kérelmező: Smithmann Hungary Kft.
(Budapest, Teleki u. 17.)
A kérelmező képviselője: Hargitai-Mezőfi Ügyvédi Iroda
Dr. Hargitai László ügyvéd
(Budapest, Frankhegy u. 11. XI/41.)

Az ajánlatkérő: Országos Kórházi Főigazgatóság
(Budapest, Diós árok 3.)
Az ajánlatkérő képviselője: Dr. Erdei Csaba felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Juszkuné Dr. Kertész Adrienn felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Az érdekelt: Premed Pharma Kft.
(Budapest, Rétköz u. 18.)
Az érdekelt képviselője: Csvila Ügyvédi Iroda
Dr. Csvila István ügyvéd
(Szeged, Kálvária sgt. 19.)

A beszerzés tárgya, értéke: Eü. sterilizálás kiegészítő eszközök beszerzése – 1. rész: B osztályú asztali autoklávok beszerzése (EKR001402482021); 172.500.000.-Ft

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi

V É G Z É S - t.

A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást megszünteti.

A Döntőbizottság felhívja a Közbeszerzési Hatóság Titkárságát, hogy a kérelmező részére utaljon vissza 1.078.125.-Ft, azaz egymillió-hetvennyolcezer-százhuszonöt forint igazgatási szolgáltatási díjat a határozat megküldését követő 8 napon belül.

A jogorvoslati eljárás során felmerült egyéb költségeiket az ügyfelek maguk viselik.

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés elleni közigazgatási perben kereseti kérelem terjeszthető elő, a végzés kézbesítésétől számított nyolc napon belül. A kereseti kérelmet a Fővárosi Törvényszékhez kell címezni, de a Döntőbizottsághoz kell elektronikus úton benyújtani.

I N D O K O L Á S

A jogorvoslat alapjául szolgáló tényállás

1. Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított a bevezető részben megjelölt árubeszerzés tárgyában, melynek ajánlati felhívását 2022. március 7-én adta fel az Európai Unió Hivatalos Lapjának. A felhívás 2022. március 11-én jelent meg 2022/S 050-127272 számon.

2. Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.1.4) pontjában az alábbiak szerint határozta meg a közbeszerzést:

„Adásvételi keretszerződés keretében „Egészségügyi sterilizálás kiegészítő eszközök beszerzése” az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 számú „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” megnevezésű projekt keretében” az alábbi részajánlatok szerint:

1. rész: B osztályú asztali autoklávok beszerzése
2. rész: Ultrahangos tisztítók beszerzése
3. rész: Fóliahegesztők és fóliatekerics tartók beszerzése
4. rész: Mosó-átfuvarító pisztolyok beszerzése”

3. A jogorvoslattal érintett 1. részt érintően a felhívás II.2.4) pontja az alábbiak szerint ismertette a közbeszerzést:

„Adásvételi keretszerződés keretében az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletezett 109 db kis kapacitású B osztályú asztali autokláv és 6 db nagy kapacitású B osztályú asztali autokláv beszerzése közvetlen megrendelés útján Magyarország területén található Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartása alatt lévő fekvőbeteg ellátó intézmények részére.

A kis és nagy kapacitású asztali autoklávokra vonatkozó részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás 1. számú melléklete tartalmazza.

Minimum műszaki paraméterek:

1. Kis kapacitású B osztályú asztali autokláv: 109 db

- B osztályú
- Kerek munkaterű, duplafalú asztali autokláv
- Intelligens szárítórendszer - minden esetben optimális szárítási eredmények az érzékelő-vezérelt szárító funkciónak köszönhetően
- Frakcionált elő- és utóvákuummal
- Űrtartalom: min. 20 liter
- Vízvezetékkel működik
- Mikroprocesszoros vezérlés
- Nagy méretű színes érintőképernyő
- Vízvezeték nélküli vákuumpumpa
- Energiatakarékos működés
- Beépített szoftver a dokumentáláshoz, jóváhagyáshoz és követéshez. ami biztosítja a tökéletes reprodukálhatóságot
- A program futása közben folyamatosan kijelzi a hőmérséklet, nyomás és idő adatokat.
- Legalább 4 sterilizáló programot és 2 tesztprogramot tartalmaz
- A start gomb megnyomása után a választott program automatikusan lefut
- Az indítási idő előre beállítható
- Vízminőség ellenőrzővel (vezetőképesség-mérővel) felszerelve

- Rendelkezzen gyors programmal
- A gyors program lefutása max. 15 perc
- Saját tartóval, amelyen legalább 5 tálca vagy 3 kazetta helyezhető el
- Minden felhasználóhoz saját azonosító rögzíthető az illetéktelen használat elkerülése érdekében
- Töltősúly: min. 7 kg műszer/2,5 kg textília
- Kamra mélysége: min. 40 cm
- Hálózati csatlakozás: 230 V, 50 Hz
- Teljesítményfelvétel max. 3,5 kW
- Min. 3 db tálcával

2. B osztályú asztali autokláv, nagy kapacitású: 6 db

- Csomagolt és csomagolatlan szilárd, üreges és porózus eszközök sterilizálására
- Kamra űrtartalma: min. 100 liter
- Töltősúly min. 30 kg kéziműszer vagy 5 kg textília
- A rövid sterilizálási idő és a nagy kapacitás miatt ez az autokláv tehermentesíti a központi sterilezőt és megnöveli az eszközök forgási sebességét
- Nagyméretű érintő képernyő segíti a készülék működtetését és megjelenít minden fontos információt
- Mikroprocesszoros vezérlés, digitális kijelző
- Integrált dokumentációs és kezelő szoftver
- Ethernet interfészen keresztül hálózatba köthető
- Nyíló vagy csúszó ajtó
- Könnyen és gyorsan behelyezhető és kivehető rakomány
- Víz- és energiatakarékos működés
- Csomagolt eszközök sterilizálása szárítással együtt: max. 45 perc
- A program lefutásakor automatikusan kikapcsol
- Szükség esetén a szárítás idő megnövelhető legalább 50%-kal
- Energiatakarékos üzemmódba kapcsol, ha hosszabb ideig nem használják kikapcsolás nélkül. Ezáltal a következő indításnál rövidebb lesz az előmelegítési fázis
- Legalább 5 fix program, köztük univerzális program, gyorsprogram, kimélő program és prion program
- Program-specifikus szárítási idők
- Teljesítmény felvétel: max. 11 kW
- Porszórt külső burkolat, kettősfalu rozsdamentes acél kamra
- 1 ajtós, véletlen nyitás ellen reteszelt ajtó
- Beépített saját gőzgenerátor
- Beépített reverz ozmózis rendszer a vízelőkészítéshez, ami automatikusan működik, nem igényel patroncserét, így rendkívül gazdaságos
- Kötelező tartozékok:
 - alátét szekrény
 - reverz ozmózis vízkezelő
 - tálcátartó keret
- Min. 4 db tálca (kb. 30x5x58 cm)
- 1 db kosár
- betöltő rendszer kocsival

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ahol a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ez

kizárólag a termék egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő elfogadja az azzal műszakilag egyenértékű termékmegajánlást is. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülékek, termékek ajánlhatóak meg!

Amennyiben a szállított eszköz jellegéből adódóan az adott eszköz működés közbeni kipróbálása is szükséges a minőségvizsgálat elvégzéséhez, úgy a felek az átvételi eljárás keretében lefolytatják a szükséges üzempróbákat is, a próbaüzem időtartama: 24 óra. A vételár egyebekben tartalmaz minden, az Nyertes ajánlattevő tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, így különösen a 24 órás próbaüzemmel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget ideértve a próbaüzem lefolytatásához szükséges fogyóanyag (indulókészlet) költségét (adott esetben).

Nyertes Ajánlattevő feladata az eszközök helyszínre szállítása, üzembe helyezése, a felhasználók oktatása, próbaüzem és a szervizhátér biztosítása.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a telepítési helyszínek mindegyikén egy alkalommal a kezelő személyek részére kezelői, felhasználói oktatást kell tartania nyertes ajánlattevőnek minimum 4 óra időtartamban.

Ajánlattevő a megajánlott termékekre köteles minimum 24 hónap jótállást vállalni.

A keretszerződés keretmennyisége: 109 db kis kapacitású B osztályú asztali autokláv és 6 db nagy kapacitású B osztályú asztali autokláv, amely keretmennyiségekre Ajánlatkérő külön-külön 70 %-os lehívási kötelezettséget vállal.”

4. Az ajánlatkérő 2022. április 19-én adott kiegészítő tájékoztatást. A kiegészítő tájékoztatáshoz kapcsolódóan a kérelmező 2022. április 19-én előzetes vitarendezést kezdeményezett, amellyel kapcsolatos álláspontját az ajánlatkérő 2022. április 25-én adta meg az elutasító álláspontját.

5. Az 2022. április 25. napi ajánlattételi határidőben az EKR 3 ajánlatot bontott fel. A kérelmező nem nyújtott be ajánlatot.

A jogorvoslati kérelem

6. A kérelmező 2022. május 2. napján nyújtotta be, 2022. május 10-én hiánypótolta a jogorvoslati kérelmét, melyben sérelmezte, hogy a tárgybani közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő jogsértően adta meg a kiegészítő tájékoztatását, megsértve ezzel a Kbt. 2. § (1) bekezdését, a Kbt. 3. § 30. pontját, a Kbt. 56. § (5) bekezdését, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdését. A kérelmező a jogsértés megállapítása mellett indítványozta a kiegészítő tájékoztatás jogsértő részeinek megsemmisítését, és az ajánlatkérő döntésének meghozatalát feltételhez kötését.

7. A kérelmező 2022. június 2-án megtartott jogorvoslati tárgyaláson bejelentette, hogy a jogorvoslati kérelmét visszavonja.

A Döntőbizottság döntése és annak indokai

8. A Kbt. 151. § (7) bekezdése értelmében a kérelmező az eljárás megindítására irányuló kérelmét vagy annak egyes kérelmi elemeit az érdemi határozat [165. §] meghozataláig visszavonhatja.

9. A Döntőbizottság a Kbt. 145. § (2) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva a jogorvoslati kérelem visszavonására tekintettel megszüntette a jogorvoslati eljárást.

10. A Döntőbizottság a Kbt. 145. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó a közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 125. § (1) bekezdése és a Kbt. 151. § (8) bekezdése alapján rendelkezett a költségek viseléséről.

11. A végzés elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 169. § (1) bekezdése biztosítja.

12. A Döntőbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen végzés közigazgatási perben történő felülvizsgálatára a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdés és a 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpont szerint a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes. A jogi képviselőt a Kp. 27. § (1) bekezdése alapján kötelező. A kereseti kérelem elektronikus úton történő benyújtása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése alapján kötelező.

Budapest, 2022. június 2.

Uherné dr. Laczi Orsolya sk
közbeszerzési biztos
a tanács elnöke

Bonifert Zsolt sk
közbeszerzési biztos

Dr. Szvetnik Ágnes sk
közbeszerzési biztos

A kiadmány hitelül:

Liszi Barbara
titkársági ügyintéző

Kapják: (elektronikus úton)

1. Kérelmező képviselője
2. Ajánlatkérő képviselője
3. Érdekelt képviselője
4. Miniszterelnökség
5. Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Unió Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
6. Közbeszerzési Hatóság Titkárság